

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

## SETTORE LEGALE, FEDE PUBBLICA, STATISTICA E AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 14 MAR. 2012

Oggetto: Estensione del riconoscimento dell'idoneità del laboratorio all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura alla ditta " I BILANCIATI srl " con sede legale a Barletta in Via del Lavoro n. 2 (BA).

### IL DIRIGENTE

- Con i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.:
- Vista la legge n. 580/93 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamata la determinazione n. 547 del 06.12.2006 con la quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto l'incarico di funzione dirigenziale relativo al Settore Legale e Fede Pubblica;
- Richiamata la determinazione n. 38 del 4.4.2011 con la quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto l'incarico di funzione dirigenziale relativo al Settore Legale, Fede Pubblica, Statistica e Agricoltura;
- Vista la deliberazione n. 219 del 21/12/2011 con la quale la Giunta Camerale, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 4, del D.P.R. 254/2005, ha approvato l'aggiornamento del budget direzionale per l'anno 2012;
- Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 214 del 28/12/2011 con la quale sono state assegnate al sottoscritto le competenze in ordine all'utilizzo del budget direzionale;
- Visto il D.P.R. 2/11/2005, n. 254 relativo al Regolamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- visto il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali ed in particolare l'art. 20 che attribuisce alle Camere di Commercio le funzioni esercitate dagli uffici metrici;
- visto il D.M. 28.03.2000 N. 182 del Ministero delle Attività Produttive, recante modifiche ed integrazioni della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici ed in particolare l'art. 4 che stabilisce che l'attività di verifica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle Camere di Commercio;
- visto il D.M. 10.12.2001 del Ministero delle Attività Produttive, recante le condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

- visto il regolamento relativo al riconoscimento dell' idoneità dei laboratori all' esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, approvato con deliberazione di Giunta n. 215 del 19/12/2008;
- vista la Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30.07.2004, pubblicata sulla G.U. n. 253 del 27.10.2004, recante le caratteristiche dei sigilli di garanzia apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica;
- visto il D.M. 7 dicembre 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 31 del 07/02/2007, con il quale sono individuati i criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- vista la Determinazione n. 185 del 13 novembre 2007 con la quale questa Camera di Commercio ha approvato le nuove tariffe per gli accertamenti di conformità in materia di Metrologia Legale;
- vista la Determinazione n. 54 del 18 febbraio 2005 con la quale questa Camera di Commercio ha già concesso l'accreditamento per l' esecuzione della verifica periodica al laboratorio denominato " CVP " della società " I BILANCIASI srl " con sede legale ed operativa in Barletta -Via del Lavoro n. 2/4 (BA) per:
  1. strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe II;
  2. strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe III con portata massima di Kg 100.000;
  3. strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe III con portata massima di Kg 100.000;
- vista la domanda del laboratorio " CVP " della società " I BILANCIASI srl " con la quale richiede di estendere il riconoscimento dell' idoneità all' esecuzione della verifica periodica per:
  1. strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe I;
  2. strumenti per pesare a funzionamento automatico di classe X ed Y con esclusione degli strumenti MID di cui al DM n. 31 del 18/01/2011;
  3. Masse campioni con portata da 1 mg a 2000 Kg;
- esaminata la documentazione allegata alla domanda di estensione d'accreditamento del laboratorio;
- accertato che il laboratorio CVP della ditta I BILANCIASI srl è e rimane parte integrante di un sistema di garanzia di qualità validato dall' organismo di certificazione MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION;
- visto il parere favorevole dell' Istruttore Metrico Giuseppe LISENA, responsabile del procedimento;
- constatato che la ditta I BILANCIASI srl ha provveduto al pagamento della somma di € 567,00 oltre Iva al 21% dovuta ai sensi dell' art. 3 del regolamento relativo al riconoscimento dell' idoneità dei laboratori all' esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura approvato con deliberazione di Giunta n. 215 del 19/12/2008;
- visto il parere tecnico favorevole dell' Istruttore Metrico Donato CALABRESE, responsabile del Servizio Attività Ispettive, in merito all' adozione del provvedimento;

**DETERMINA**

di concedere l'estensione dell'accreditamento per l'esecuzione della verifica periodica al laboratorio denominato " CVP " della società " I BILANCIATI srl " con sede legale ed operativa in Barletta -Via del Lavoro n. 2/4 (BA) alle seguenti condizioni:

- a) l'impegno ad attenersi a quanto stabilito nel regolamento relativo al riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura approvato con deliberazione di Giunta n. 215 del 19/12/2008 ed operare nel pieno rispetto del D.M. 28.03.2000 n. 182;
- b) il riconoscimento dell'idoneità del laboratorio è rilasciato complessivamente e limitatamente alle seguenti categorie di strumenti di misura:
  1. strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe II;
  2. strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe III con portata massima di Kg 100.000;
  3. strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe IIII con portata massima di Kg 100.000;
  4. strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe I;
  5. strumenti per pesare a funzionamento automatico di classe X ed Y con esclusione degli strumenti MID di cui al DM n. 31 del 18/01/2011;
  6. Masse campioni con portata da 1 mg a 2000 Kg;
- c) i contrassegni che verranno apposti dal laboratorio " CVP " a seguito di esito positivo della verifica e in sostituzione di quelli della Camera di Commercio dovranno essere quelli indicati dall'allegato II del D.M. 28.03.2000 n. 182 con l'aggiunta del logo " CVP " depositato all'atto della domanda;
- d) il numero assegnato identificativo del laboratorio che dovrà essere indicato sul sigillo di garanzia, da realizzarsi secondo la direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30.07.2004 e pubblicata sulla G.U. n. 253 del 27.10.2004, rimane "01" chiuso dentro un rettangolo posto al centro di un ottagono unitamente alla sigla della provincia "BA" ed il logo del laboratorio CVP;
- e) il responsabile delle operazioni di verifica periodica rimane il Sig. Dimonte Massimiliano come indicato nella documentazione allegata alla domanda di estensione dell'accreditamento;
- f) l'impegno a conservare per almeno 5 anni la documentazione comprovante le operazioni di verifica effettuate e precisamente:
  - i dati identificativi dell'utente;
  - nr. di repertorio economico amministrativo (R.E.A.);



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

- la categoria degli strumenti verificati, marca, modello, Nr. di serie e le caratteristiche metrologiche;
  - data dell'intervento di verifica;
  - l'esito della verifica ed eventuali anomalie riscontrate;
- g) l'impegno a comunicare, anche per via telematica, entro la prima decade del mese successivo alla data di esecuzione della verifica, a ciascuna camera di commercio delle province in cui il laboratorio ha effettuato operazioni di verifica periodica, un documento contenente i dati descritti al punto precedente;
- h) l'impegno a informare, entro 3 giorni dalla data di verifica periodica, la camera di commercio competente per territorio in caso di esito negativo della stessa;
- i) l'impegno a comunicare, entro 30 giorni, alla Camera di Commercio competente qualsiasi variazione relativa al personale tecnico, al responsabile della verifica, e al responsabile delle procedure della qualità;
- j) il presente provvedimento di accreditamento ha validità annuale, corrispondente ad anno solare, ed è rinnovato ogni anno su istanza da proporsi entro il 31 gennaio.

**IL DIRIGENTE**  
(Avv. Vincenzo PIGNATARO)

