Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

SETTORE LEGALE, FEDE PUBBLICA, STATISTICA E AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE N. 2 7 5 **DEL** 2 7 AGO. 2013

Oggetto: Riconoscimento idoneità del laboratorio denominato "CVP" della ditta " I BILANCIAI srl " di Barletta.

IL DIRIGENTE

- Con i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.:

- Vista la legge n. 580/93 e s.m.i.;

- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

- Richiamata la determinazione n. 38 del 4.4.2011 con la quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto l'incarico di funzione dirigenziale relativo al Settore Legale, Fede Pubblica, Statistica e Agricoltura;

- Vista la deliberazione n. 267 del 21/12/2012 con cui la Giunta camerale, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 4, del D.P.R. 254/2005, ha approvato il budget direzionale per l'anno 2013;

- Visto il provvedimento n. 221 del 28/12/2012 con cui il Segretario Generale f.f. ha assegnato al sottoscritto la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale del suddetto Settore per l'anno 2013;

- Visto il D.P.R. 2/11/2005, n. 254 relativo al Regolamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

- Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali ed in particolare l'art. 20 che attribuisce alle Camere di Commercio le funzioni esercitate dagli uffici metrici;

- Visto il D.M. 28.03.2000 N. 182 del Ministero delle Attività Produttive, recante modifiche ed integrazioni della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici ed in particolare l'art. 4 che stabilisce che l'attività di verificazione può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle Camere di Commercio;

- Visto il D.M. 10.12.2001 del Ministero delle Attività Produttive, recante le condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura;

- Vista la Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30.07.2004, pubblicata sulla G.U. n. 253 del 27.10.2004, recante le caratteristiche dei sigilli di garanzia apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verificazione periodica;

- Visto il D.M. 7 dicembre 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 31 del 07/02/2007, con il quale sono individuati i criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle Camere di Commercio,industria, artigianato e agricoltura;

- Vista la Deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Bari n. 185 del 13 novembre 2007 con la quale sono state approvate le nuove tariffe per gli accertamenti di conformità in materia di Metrologia Legale;

- Viste la Determinazione del Segretario Generale n. 54 del 18/02/2002 e le Determinazioni Dirigenziali n. 105 del 14/03/2012 e n. 239 del 22/07/2013 con le quali si è riconosciuta l'idoneità per l'esecuzione della verificazione periodica al laboratorio denominato " CVP " della società " I BILANCIAI srl " con sede legale ed operativa in Barletta -Via del Lavoro n. 2/4 (BA) per:

1. strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe II;
2. strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe III con portata massima di Kg 100.000;
3. strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe IIII con portata massima di Kg 100.000;
4. strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe I;
5. strumenti per pesare a funzionamento automatico di classe X ed Y con esclusione degli strumenti MID di cui al DM n. 31 del 18/01/2011;
6. masse campioni con portata da 1 mg a 2000 Kg;
7. complessi di misura per oli minerali, benzina e diesel con portata da 2 l/min
   a 100 l/min;
8. complessi di misura per gas di petrolio liquefatti (GPL) con portata massima di 50 l/min;

- Visto l'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

- Vista la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), trasmessa tramite PEC in data 19/06/2013 e protocollata il 20/06/2013 al n. 0029958 dal laboratorio " CVP " della società "I BILANCIAI srl ", con la quale si dichiara di dare avvio all'attività di esecuzione della verifica periodica per:

complessi di misura per metano per autotrazione con portata massima fino a 20 kg/min;

- Vista la nota n. 0038466 del 05/08/2013 della Camera di Commercio di Bari con la quale si sospende al laboratorio "CVP" l'attività di esecuzione della verifica periodica sopra riportata, invitandolo a conformarsi alla normativa vigente;

- Vista la documentazione inviata dal suddetto laboratorio, trasmessa tramite PEC il 5/08/2013 e protocollata in data 07/08/2013 al n. 0038905, con la quale si provvede a conformarsi a quanto prescritto con la precedente nota di sospensione d'attività;

- constatato che la ditta I BILANCIAI srl ha provveduto al pagamento della somma di € 686,07 comprensiva di Iva al 21% dovuta ai sensi della deliberazione di Giunta n. 185 del 13/11/2007 che ha approvato le tariffe metriche per gli accertamenti di conformità in materia di metrologia legale;

- visto il parere tecnico favorevole dell'Istruttore Direttivo Metrico Giuseppe LISENA, responsabile del Servizio Attività Ispettive, in merito all'adozione del provvedimento e degli adempimenti procedurali;

DETERMINA

di riconoscere idoneo il laboratorio denominato " CVP " della società " I BILANCIAI srl " con sede legale ed operativa in Barletta -Via del Lavoro n. 2/4 (BA) ad estendere l'attività all'esecuzione della verificazione periodica sui:

- complessi di misura per metano per autotrazione con portata massima fino a 20 kg/min

alle seguenti condizioni:

a) l'impegno ad attenersi a quanto stabilito nel regolamento relativo al riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura approvato con deliberazione di Giunta n. 215 del 19/12/2008 ed operare nel pieno rispetto del D.M. 28.03.2000 n. 182;

b) i contrassegni che verranno apposti dal laboratorio " CVP " a seguito di esito positivo della verificazione e in sostituzione di quelli della Camera di Commercio dovranno essere quelli indicati dall'allegato II del D.M. 28.03.2000 n. 182 con l'aggiunta del logo " CVP" depositato all'atto della domanda;

c) il numero assegnato identificativo del laboratorio che dovrà essere indicato sul sigillo di garanzia, da realizzarsi secondo la direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30.07.2004 e pubblicata sulla G.U. n. 253 del 27.10.2004, rimane "01" chiuso dentro un rettangolo posto al centro di un ottagono unitamente alla sigla della provincia "BA" ed il logo del laboratorio CVP;

d) il responsabile delle operazioni di verifica periodica è il Sig.Bizzoca Carlo;

e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni la documentazione comprovante le operazioni di verificazione effettuate e precisamente:
   - i dati identificativi dell'utente;
   - nr. di repertorio economico amministrativo (R.E.A.);
   - la categoria degli strumenti verificati, marca, modello, Nr. di serie e le caratteristiche metrologiche;
   - data dell'intervento di verifica;
   - l'esito della verifica ed eventuali anomalie riscontrate;

f) l'impegno a comunicare, anche per via telematica, entro la prima decade del mese successivo alla data di esecuzione della verificazione, a ciascuna Camera di Commercio delle province in cui il laboratorio ha effettuato operazioni di verificazione periodica, un documento contenente i dati descritti al punto precedente;

g) l'impegno a informare, entro 3 giorni dalla data di verificazione periodica, la Camera di Commercio competente per territorio in caso di esito negativo della stessa;

h) l'impegno a comunicare, entro 30 giorni, alla Camera di Commercio competente qualsiasi variazione relativa al personale tecnico, al responsabile della verificazione e al responsabile delle procedure della qualità.

IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATARO)